

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Підстава для публікації обґрунтування:

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №631 і від 11.10.2016 р. №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Замовник: КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, код ЄДРПОУ 02000334, місцезнаходження: вул. Троїцька, 28, м. Суми, 40022, тел. (0542) 659-004, smdkl_ek@ukr.net

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-29-000397-a

Предмет закупівлі: Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Лампа бактерицидна, код НК 024:2023: 35150 Лампа ультрафіолетова герміцидна; Опромінювач бактерицидний, код НК 024:2023: 35150 Лампа ультрафіолетова герміцидна; Камера ультрафіолетова для зберігання, код НК 024:2023: 40599 Шафа для зберігання приладів)

Специфікація

№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Лампа бактерицидна	шт.	93
2	Опромінювач бактерицидний	шт.	58
3	Камера ультрафіолетова для зберігання	шт.	2

Загальні положення

1. Доставка запропонованого товару має здійснюватися за рахунок Учасника. Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.

2. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо Учасник не є виробником товару) або офіційного представника виробника (якщо його відповідні повноваження поширюються на територію України), що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого Товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та копію документу, що підтверджує офіційний статус представника виробника (якщо гарантійного листа надано офіційним представником, а не виробником). Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

3. Відповідність запропонованого товару наведеним нижче медико-технічним вимогам повинна підтверджуватись інструкцією користувача та/або

іншими технічними документами на запропонований товар. Учасник повинен надати копію інструкції користувача та/або інших технічних документів та заповнену таблицю відповідності медико-технічним вимогам з посиланнями на сторінки наданих інструкції користувача та/або інших технічних документів, на яких міститься відповідна підтверджуюча інформація.

4. Учасник повинен надати на запропонований товар копії декларації та/або сертифікату відповідності, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5. Запропонований товар повинний бути новим, виготовленим не раніше 2022 року та таким, що не був у використанні. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

6. Запропонований товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, тобто Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики запропонованого товару відповідають встановленим законодавством нормам. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ **До Лампи бактерицидної**

Найменування характеристик та функцій	Вимоги	Відповідність (так/ні)
Призначення	Знищення або зменшення активності бактерій, вірусів і інших мікроорганізмів	
Потужність	30 Вт	
Форма колби	T8	
Тип цоколю	G13	
Напруга на лампі	55 В	
Струм лампи	0,37 А	
Потужність випромінювання лампи після 100 годин роботи	Не менше 12 Вт	
Довжина без контактів	В межах 894 – 985 мм	
Довжина з контактами	В межах 908 – 910 мм	
Діаметр колби	28 мм	
Довжина хвилі випромінювання	В межах 253 – 255 нм	
Термін корисного застосування	Не менше 18 000 годин	
Зменшення світлового потоку протягом терміну корисного застосування	Не більше 10%	

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ **До Опромінювачу бактерицидного**

Найменування характеристик та функцій	Вимоги	Відповідність (так/ні)
Призначення	Дезінфекція повітря і поверхонь приміщень	

Тип кріплення	Настінний	
Комплектація	Корпус, дроселі, стартери, лампи, екран для захисту очей	
Джерело випромінювання	Лампа бактерицидна TUV 30W	
Кількість ламп	Не менше 2	
Середня тривалість горіння ламп	Не менше 9000 годин	
Габаритні розміри	956±10 x 115±5 x 55±5 мм	
Вага	Не більше 5 кг	
Гарантійний термін експлуатації	Не менше 12 місяців	

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
До Камери ультрафіолетової для зберігання

Найменування характеристик та функцій	Вимоги	Відповідність (так/ні)
Призначення	Зберігання стерильного інструментарію без упаковки до моменту застосування	
Джерело випромінювання	Лампа бактерицидна TUV 15W	
Середня тривалість горіння лампи	Не менше 9000 годин	
Внутрішній об'єм	Не менше 45 л	
Габаритні розміри	650x400x400 мм	
Гарантійний термін експлуатації	Не менше 12 місяців	

Запропонований товар не повинен бути виготовлений у Російській Федерації, Республіці Білорусь, Китайській Народній Республіці.

У разі якщо у вимогах до предмету закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим вважається наявним вираз "або еквівалент".

У разі якщо запропонований товар не відповідає будь-яким з наведених вище технічних, якісних та кількісних вимог до предмета закупівлі, тендерна пропозиція відхиляється як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках на момент вивчення ринку з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р.

За попередніми розрахунками очікувана вартість закупівлі складає **442 830,00 УАН (чотириста сорок дві тисячі вісімсот тридцять гривень 00 копійок) гривень (з ПДВ)**

