

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Підстава для публікації обґрунтування:

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №631 і від 11.10.2016 р. №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Замовник: КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, код ЄДРПОУ 02000334, місцезнаходження: вул. Троїцька, 28, м. Суми, 40022, тел. (0542) 659-004, smdkl_ek@ukr.net

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-23-016448-a

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 (CPV) – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Столик пересувний, код НК 024:2023 – 35395 Столик приліжковий; Стілець, код НК 024:2023 – 34833 Стілець загального призначення; Ліжко лікарняне, код НК 024:2023 – 34873 Меблі для лікарень механічні; Стіл сповивальний, код НК 024:2023 – 43544 Стіл пеленальний стаціонарний; Тумба приліжкова, код НК 024:2023 – 10531 Приліжкова шафа)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015 (CPV) – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Столик пересувний, код НК 024:2023 – 35395 Столик приліжковий; Стілець, код НК 024:2023 – 34833 Стілець загального призначення; Ліжко лікарняне, код НК 024:2023 – 34873 Меблі для лікарень механічні; Стіл сповивальний, код НК 024:2023 – 43544 Стіл пеленальний стаціонарний; Тумба приліжкова, код НК 024:2023 – 10531 Приліжкова шафа)

Специфікація

№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість, шт.
1	Столик пересувний	шт.	33
2	Стілець	шт.	51
3	Ліжко лікарняне	шт.	33
4	Стіл сповивальний	шт.	10
5	Тумба приліжкова	шт.	47

Загальні положення

1. Завантаження, вивантаження та доставка запропонованого товару, проведення монтажних робіт на місці використання товару має здійснюватися за рахунок Учасника.
2. Поставка запропонованого товару має бути здійснена Учасником не пізніше, ніж через 7 днів з моменту отримання Учасником заявки від Замовника.
3. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо Учасник не є

виробником товару) або офіційного представника виробника на території України, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого Товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та копію документу, що підтверджує офіційний статус представника виробника (якщо лист наданий офіційним представником, а не виробником).

4. Відповідність запропонованого товару наведеним нижче медико-технічним вимогам повинна підтверджуватись інструкцією користувача або іншим технічним документом від виробника запропонованого товару. Учасник повинен надати копію цієї інструкції користувача або іншого технічного документу та заповнену таблицю відповідності медико-технічним вимогам з посиланнями на сторінки наданого технічного документу, на яких міститься відповідна підтверджуюча інформація.

5. Учасник повинен надати копію креслення або виробничого ескізу, за яким виготовляється запропонований товар.

6. Запропонований товар повинен виготовлятися серійно із чітко визначеними у технічних документах виробника характеристиками та параметрами. У разі якщо з відкритих джерел буде отримано інформацію, що якісь з характеристик та параметрів запропонованого товару відрізняються від відповідних характеристик та параметрів цього найменування товару, що виготовляється серійно, або реалізовувалося виробником у період з 01.01.2020 року по 30.09.2023 року, це може бути підставою вважати, що запропонований товар не відповідає вимогам до предмету закупівлі.

7. Учасник повинен надати на запропонований товар копію декларації чи сертифікату відповідності або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності згідно вимог технічного регламенту.

8. Запропонований товар повинний бути новим та таким, що не був у використанні; рік виготовлення не раніше 2023. Термін гарантійного обслуговування запропонованого товару – не менше 24 місяців. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

9. Запропонований товар повинний бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, тобто Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики запропонованого товару відповідають встановленим законодавством нормам. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ **До Столику пересувного**

№	Найменування характеристик та параметрів	Вимоги	Відповідність
1	Каркас основи столику	Зварна нерозбірна конструкція	
2	Каркас стільниці	Зварна нерозбірна конструкція	
3	Каркас основи столику повинен бути виготовлений з труби квадратного перерізу 25x25 мм з чорного металу,	Наявність	

	вкритого шаром полімерної порошкової антибактеріальної фарби		
4	Каркас стільниці повинен бути виготовлений з труби квадратного перерізу 20x20 мм з нержавіючої сталі марки AISI 304	Наявність	
5	Товщина стінок каркасу столику	Не менше 1,5 мм	
6	Стільниця повинна бути виготовлена з ламінованої ДСП завтовшки 18 мм	Наявність	
7	Торці ДСП повинні бути обклеєні кромкою ПВХ завтовшки 2 мм	Наявність	
8	Регулювання висоти стільниці від підлоги	Наявність	
9	Діапазон регулювання висоти стільниці від підлоги	Не гірше 700 – 880 мм	
10	Габаритні розміри стільниці (ШхГ)	Не менше 600x450 мм	
11	Основа столика має бути встановлена на колеса	Наявність	
12	Колеса мають бути металевими з гумовим покриттям	Наявність	
14	Кількість коліс	Не менше 4	
15	Кількість коліс з блокувальним пристроєм	Не менше 2	
16	Діаметр коліс	Не менше 50 мм	
17	Габаритні розміри столика зі стільницею у нижньому положенні (ШхГхВ)	Не більше 600x450x700 мм	

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ До Стільця

№	Найменування характеристик та параметрів	Вимоги	Відповідність
1	Каркас стільця	Зварна нерозбірна конструкція	
2	Каркас стільця повинен бути виготовлений з труби прямокутного перерізу 30x15 мм з чорного металу, вкритого шаром полімерної порошкової антибактеріальної фарби	Наявність	
3	Товщина стінок каркасу стільця	Не менше 1,2 мм	
4	Габаритні розміри сидіння (ШхГ)	470x410 мм	
5	Габаритні розміри спинки (ШхВ)	480x350 мм	
6	Висота сидіння від підлоги	480 мм	
7	Матеріал оббивки сидіння та спинки	Медичний вологостійкий та вогнестійкий шкірзамінник	
8	Габаритні розміри стільця (ШхГхВ)	530x560x820 мм	

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

До Ліжка лікарняного

№	Найменування характеристик та параметрів	Вимоги	Відповідність
1	Каркас ложа, ніжки, каркаси биець та дротяна сітка ложа ліжка повинні бути виготовлені з чорного металу, вкритого шаром полімерної порошкової антибактеріальної фарби	Наявність	
2	Товщина стінок труб, з яких виготовлені каркас ложа, ніжки, каркаси биець ліжка	Не менше 1,5 мм	
3	Діаметр дроту дротяної сітки ложа ліжка	Не менше 3 мм	
4	Розміри «віконець» дротяної сітки	Не більше 50 x 50 мм	
5	До комплекту постачання ліжка має входити матрац	Наявність	
6	Габаритні розміри матрацу (ДхШхВ)	2000x880x80 мм	
7	Чохол матрацу повинен бути виготовлений зі зносостійкої тканини з водостійким покриттям	Наявність	
8	Чохол матрацу повинен витримувати часте прання у автоматичній пральній машині при температурах 40-90 °С	Наявність	
9	Максимальне безпечне навантаження на ліжко	Не менше 250 кг	
10	Габаритні розміри ліжка (ДхШхВ)	2070x900x800 мм	

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ До Столу сповивального

№	Найменування характеристик та параметрів	Вимоги	Відповідність
1	Стіл повинен бути виготовлений з ламінованої ДСП завтовшки 18 мм	Наявність	
2	Торці ДСП повинні бути обклеєні кромкою ПВХ завтовшки 2 мм	Наявність	
3	Стіл повинен мати відділення з двома дверцятами та полицею всередині	Наявність	
4	Дверцята повинні бути оснащені ручками	Наявність	
5	Стільниця повинна мати захисні борти ззаду, зліва та справа	Наявність	
6	Стіл повинен бути укомплектований сповивальним матрацом у чохла з водостійким покриттям	Наявність	
7	Стіл повинен бути встановлений на гвинтові опори для регулювання висоти	Наявність	
8	Габаритні розміри столу з повністю вкрученими опорами (ШхГхВ)	850x700x850 мм	

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ До Тумби приліжкової

№	Найменування характеристик та параметрів	Вимоги	Відповідність
1	Тумба повинна бути виготовлена з ламінованої ДСП завтовшки 18 мм	Наявність	
2	Торці ДСП повинні бути обклеєні кромкою ПВХ завтовшки 2 мм	Наявність	
3	Тумба повинна мати висувну шухляду на телескопічних направляючих	Наявність	
4	Тумба повинна мати відділення з дверцятами та полицею всередині	Наявність	
5	Шухляда та дверцята повинні бути оснащені ручками	Наявність	
6	Тумба повинна бути встановлена на гвинтові опори для регулювання висоти	Наявність	
7	Габаритні розміри тумби з повністю вкрученими опорами (ШхГхВ)	390х490х740 мм	

Поверхні запропонованих виробів, а також зовнішні частини кріпильних елементів й ручки дверцят та шухляд повинні бути стійкими до обробки дезінфекційними засобами. Припустимі відхилення габаритних розмірів запропонованих виробів та їхніх частин від наведених у таблицях вище: $\pm 1\%$.

У разі якщо у вимогах до предмету закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим вважається наявним вираз "або еквівалент".

У разі якщо запропонований товар не відповідає будь-яким з наведених вище технічних, якісних та кількісних вимог до предмета закупівлі, тендерна пропозиція відхиляється як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках на момент вивчення ринку з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р.

За попередніми розрахунками очікувана вартість закупівлі складає **1 165 680,00 UAH (один мільйон сто шістьдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) гривень (з ПДВ)**