

Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Послуг поточного ремонту медичного обладнання, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:

Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради (далі – Замовник), код за ЄДРПОУ –02000334,

Адреса: Україна, 40022, Сумська обл., м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з проведення метрологічної повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та медичного обладнання.)**

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках на момент вивчення ринку з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р.

За попередніми розрахунками очікувана вартість закупівлі складає **321 210 грн. (триста двадцять одна тисяча двісті десять гривень 00 копійок) (з ПДВ).**

Розмір бюджетного призначення: 321 210 грн. з ПДВ згідно очікуваних кошторисних призначень та власних надходжень Замовника.

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до потреби Замовника та на підставі моніторингу цін на даний товар в різних суб'єктів господарювання згідно чинного законодавства України та потреби замовника.

Технічні характеристики:

1. Послуги надаються за заявкою Замовника. Виконавець повинен надати послуги Замовнику протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки та оплати.
2. Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:
 - Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
 - Закону України «Про охорону праці»;
 - НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
 - ДСТУ ОІМЛ D 20:2008 «Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання»;
 - повинен мати відповідні дозволи і ліцензії на право повірки даного виду приборів.
3. Послуги повинні надаватися згідно вимог Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність” Наказ від 08.10.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» та у відповідності до ДСТУ 2708:2006 „Метрологія.

Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення”, із змінами і доповненнями.

№	Найменування ЗВТ	Кількість	Код ЗВТ
	Повірка		
1	Повірка: Денсиметри , спиртоміри та цукроміри робочі з поправками / Денситометр DEN-1	1	5028
2	Повірка: Аналізатор біохімічний з фотометричним каналом / Автоматичний аналізатор ALIFAX HBSL	1	11089
3	Ваги лабораторні електронні загального призначення та еталонні (повірка) / Ваги лабораторні електронні	3	02022с
4	Аналізатори парів спирту, «Алкотест» та аналогічні (повірка) / Аналізатор парів спирту «Алкотест»	1	05007с
5	Повірка: Іономірів та рН-метрів лабораторних / рН метр AD 130	1	5032
6	Визначення метрологічних характеристик термостату (стерилізатору) / Термостат ТС-80	6	250339
7	Повірка секундомірів механічних до 60 хвилин / Секундомір механічний	1	07031с
8	Повірка: Манометрів електроконтактних / Манометри сигналізуючі ДМ Сr 0,5	2	4042
9	Повірка: Манометрів електроконтактних / Манометри ДМ 05, вакуумні	2	4042
10	Повірка: Термометри електроконтактні від 0 до 100 °С / Термометр скляний ТС-7 (для холодильника)	10	6040
11	Повірка: Термометри скляні від 0 до 300 °С та вище / Термометр максимальний скляний СП – 83 М	2	60460
12	Визначення метрологічних характеристик термостату (стерилізатору) / Стерилізатор повітряний Гп 40	4	250339
13	Повірка: Гігрометри психрометричні / Гігрометри психрометричні ВИТ-1, ВИТ-2	12	60350
14	Визначення метрологічних характеристик термостату (стерилізатору) / Стерилізатор повітряний Гп 80	3	250339
15	Повірка: Аналізатор біохімічний з фотометричним каналом / Біохімічний аналізатор Bio Chem FC - 120	1	11089
16	Повірка: Імуноферментний аналізатор (ридер) / Імуноферментний аналізатор Immuno Chem 2100	1	11006
17	Визначення метрологічних характеристик термостату (стерилізатору) / Пристрій для струшування та інкубації мікропланшет Immuno Chem 2200	1	250339
18	Повірка: Коагулометри / Коагулометр чотириканальний TS-4000	1	5033
19	Повірка: Коагулометри / Автоматичний коагулометра ECL 760	1	5033
20	Повірка: Ваги класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 50 до 500 кг (на місці експлуатації) / Ваги торсіонні	1	02015к
21	Визначення метрологічних характеристик термостату (стерилізатору) / Стерилізатор паровий МО- ST - VU	2	250339
22	Визначення метрологічних характеристик центрифуги / Центрифуга ОПН-3М	2	02407
23	Визначення метрологічних характеристик центрифуги Центрифуга Liston C 2201	2	02407
24	Повірка: Ультразвукові діагностичні апарати / ультразвуково вий діагностичний апарат	6	1221
25	Повірка: Електрокардіографи	10	9109
26	Електрокардіографи 3-ти канальні усіх типів (повірка)	5	09186с
27	Повірка електроенцефалографів та комплексів енцефалографічних діагностичних типів "DX-NT", Neurocom, Neurolab та ін. / Електроенцефалографи	1	250387
28	Повірка апарата електрошокової реанімації / Портативний дефібрилятор з функцією синхронізації	7	250140
29	Повірка: Кардіодефібрилятори / Дефібрилятор	4	9187
30	Повірка: Пульсоксиметри	50	9231

31	Повірка: Монітори пацієнта	18	9230
	Колібрування		
32	Перевірка метрологічних характеристик: Денситометри / Денситометр DEN-1	1	8110220
33	Калібрування термометрів скляних від 0 до 300 гр. С ТТ, ТЛ та аналогічні / Автоматичний аналізатор ALIFAX HBSL	1	28027c
34	Калібрування ваг лабораторних електронних загального призначення / Ваги лабораторні електронні	1	28023c
35	Калібрування рН - метрів / іоніметрів лабораторних усіх типів / рН метр AD 130	1	28011c
36	Калібрування випробувального та лабораторного термообладнання (муфельні печі, сушильні шафи, термостати водяні та сухоповітряні) усіх типів / Термостат ТС-80	4	28078c
37	Калібрування секундомірів усіх типів / Секундомір механічний	1	28045c
38	Калібрування манометрів електроконтактних ЕКМ та аналогічні / ДМ Cr 0,5	2	28031c
39	Калібрування манометрів електроконтактних ЕКМ та аналогічні / ДМ 05	2	28031c
40	Калібрування термометрів скляних від 0 до 100 гр. С типу ТТ, ТЛ та аналогічні / Термометр скляний ТС-7 (для холодильника)	6	28028c
41	Калібрування термометрів скляних від 0 до 300 гр. С ТТ, ТЛ та аналогічні / Термометр максимальний скляний СП – 83 М	2	28027c
42	Калібрування випробувального та лабораторного термообладнання (муфельні печі, сушильні шафи, термостати водяні та сухоповітряні) усіх типів / Стерелизатор повітряний Гп 40	1	28078c
43	Калібрування гігрометрів психометричних ВІТ-1, ВІТ-2	8	28029c
44	Калібрування випробувального та лабораторного термообладнання (муфельні печі, сушильні шафи, термостати водяні та сухоповітряні) усіх типів / СтерелизаторповітрянийГп 80	1	28078c
45	Калібрування аналізаторів біохімічних з фотометричним каналом / Біохімічний аналізатор Bio Chem FC - 120	1	28055c
46	Калібрування аналізаторів імуноферментних (ридери) усіх типів / Імуноферментний аналізатор Immuno Chem 2100	1	28051c
47	Калібрування випробувального та лабораторного термообладнання (муфельні печі, сушильні шафи, термостати водяні та сухоповітряні) усіх типів / Пристрій для струшування та інкубації мікропланшет Immuno Chem 2200	1	28078c
48	<u>Повірка:</u> Коагулометри / Коагулометр четириканальний TS-4000	1	5033
49	<u>Повірка:</u> Коагулометри / Автоматичний коагулометра ECL 760	1	5033
50	Калібрування фотометрів та спектрофотометрів загального призначення, УФ, видимі та ІЧ області спектру усіх типів/ (Фотометр РМ 2111)	4	28009c

Загальні вимоги:

- Технічне обслуговування повинно проводитись за місцем розташування обладнання на території Замовника за адресами вул.Троїцька,28, вул.Івана Сірка,3, вул.Хворостянка,3 та відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника обладнання.

- Технічне обслуговування повинно виконуватись персоналом, що має відповідні знання та досвід.

- Наявність дозвільних документів на виконання послуг, що є предметом закупівлі, передбачених чинним законодавством.

**Уповноважена особа/провідний економіст
з договірних робіт та планування**

Т.В.Баранова